

Minták csomagolása:

Ezúton hívjuk fel figyelmüket a minták megfelelő csomagolására, elkülönítésére;

Kérjük a citológiai mintákat – tárgylemezen, tárgylemez tartóban beküldött konvencionális citológiai minták, ThinPrep téglében levett Liquid Based Citológiai minták/HPV/STI minták, eNAT (kék kupakos) csőbe levett HPV/STI minták – az adott esetben beküldendő, formalint tartalmazó szövettani mintáktól fizikailag teljesen elkülönítve, „zip-lock”-os tasakba helyezve adják át a szállító személyzetnek;

Minden esetben győződjenek meg az egyes téglék, tartók, csövek, tasakok megfelelő, szivárgásmentes záródásáról;

A nem megfelelő csomagolásból eredő esetleges mintakárosodás kockázatát, illetve a szállító személyzet által – a nem megfelelő csomagolás miatti - a szállítás megtagadásából eredő kockázatot és költségeket Feladók maguk viselik.

Dr. Kollár Mihály
ügyvezető


Tisztelt Partnerünk!

A betegek biztonsága és a patológiai leletek elvárható minősége érdekében az alábbi kéréssel, ill. javaslattal fordulunk Önhöz:


Az endometrium malignus tumorai esetén végzett hysterectomia, radicalis hysterectomia műtéti resecatumok esetében célszerű lenne még a műtőben az uterus oldalfalán (3 óra és/vagy 9 óra irányban) metszést ejteni, hogy a fixálószer be tudjon jutni az uterus üregébe. Ezzel meg lehetne akadályozni azt, hogy az endometrium (és a belőle kiinduló malignus daganat) autolysist szenvedjen. Az autolysált endometrium és a tumor morfológiája teljesen értékelhetetlen, a szükséges és a ma érvényes szakmai ajánlásokban kötelezően elvégzendő immunhisztokémiai reakciók megbízhatatlan eredményt adnak, fals negatívak lehetnek.

Az uterus műtéti anyagok patológiai feldolgozásakor szigorú szakmai útmutatást követünk, amely az uterus megnyitását frontális síkban, az oldalfalak mentén írja elő. Egy szikével az oldalfalon ejtett metszés a további feldolgozást nem zavarja, ezért kérjük és javasoljuk, hogy endometrium carcinoma miatt végzett műtét esetében ez történjen meg az optimális fixálás (elsősorban a Beteg) érdekében.

Az alábbi sémás rajz szemlélteti a bemetszés helyét:



Tájékoztatásul, az alábbi ábrán az uterus megnyitásának szabályos módja látható:



Együttműködését előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Dr. Kollár Mihály
ügyvezető

Prof. Dr. Kulka Janina
szakmai vezető

HOZZÁJÁRULÁS SZÖVETTANI MINTA KIKÉRÉSÉHEZ

Ezúton nyilatkozom hogy a Eurofins Medserv Kft. által végzendő szövettani diagnosztikai vizsgálat elvégzéséhez szükséges szövettani/citológiai mintám a Eurofins Medserv Kft. a mintát őrző patológiai intézettől kikérje.

BETEG ADATAI

NÉV:

TAJ:

SZÜLETÉSI IDŐ:

ANYJA NEVE:

LAKCÍM:

VIZSGÁLANDÓ MINTA ADATAI

A minta nyilvántartási száma:

A szövettani lelet kelte:

A szövettani minta típusa: szövettani blokk és metszet

A szövettani mintát őrző patológiai intézet:

A VIZSGÁLATOT KÉRŐ ORVOS ADATAI

ORVOS NEVE:

PECSÉTSZÁMA:

MUNKAHELY NEVE:

MUNKAHELY CÍME:

DÁTUM: Budapest,

.....
páciens aláírása